

**ПАСТАНОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» июля 2016 г. № 86

О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 7

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда медицинских работников, занятых в кабинетах магнитно-резонансной томографии», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 7 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2013, 8/26875), следующие изменения:

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Кабинет МРТ входит в состав структурного подразделения организации здравоохранения или является самостоятельным структурным подразделением организации здравоохранения и другой организации, оказывающей медицинскую помощь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь (далее – организация здравоохранения).»;

1.2. в пункте 7 слова «лечебно-диагностического корпуса» исключить;

1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Состав и площади помещений кабинета МРТ определяются проектно-сметной документацией в соответствии с требованиями ТНПА, нормативно-технической и иной документацией производителя медицинской техники и иного оборудования, а также настоящими Санитарными нормами и правилами.

При проектировании, строительстве или реконструкции организации здравоохранения в комплекс помещений кабинета МРТ должны быть включены:

сканирующая или процедурная (далее – диагностическая) площадью не менее 40 м<sup>2</sup> со встроенной радиочастотной кабиной (клеткой Фарадея);

пультовая или комната управления (далее – пультовая) площадью не менее 12 м<sup>2</sup>;

техническая комната;

комната для подготовки пациента с зонами или кабинами для раздевания пациента;

кабинет врача-специалиста (кабинет для обработки исследований);

кабинет заведующего кабинетом МРТ (при наличии указанной должности в штатном расписании организации здравоохранения)\*;

гардероб для работников кабинета МРТ с индивидуальными двухсекционными шкафчиками (по числу работников)\*;

вспомогательные помещения\*;

туалет\*.

При установке в организации здравоохранения второго и последующих аппаратов МРТ допускается их размещение без увеличения количества помещений, указанных в абзацах седьмом-десятом части второй настоящего пункта.»;

1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Диагностическая не должна размещаться в смежном помещении (по горизонтали и вертикали) с палатами для пациентов, помещениями отделений анестезиологии и реанимации, а также с помещениями с постоянным пребыванием работников организации здравоохранения.»;

1.5. пункты 15 и 17 исключить;

1.6. в пункте 20 слова «кабинета МРТ» исключить;

1.7. пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. При эксплуатации кабинета МРТ должен быть обеспечен производственный контроль соблюдения и выполнения требований технических нормативных правовых актов, регулирующих вопросы,

---

\* Допускается размещение за пределами кабинета МРТ.

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данной сфере, в том числе настоящих Санитарных норм и правил.

При проведении производственного контроля измерения параметров опасных и вредных производственных факторов должны осуществляться в смежных с диагностическим помещением по горизонтали и вертикали.»;

1.8. в пункте 24 слова «окрашены в светлые тона» заменить словами «светлых тонов»;

1.9. пункт 29 исключить;

1.10. в пункте 30 слова «кабинета МРТ исключить»;

1.11. пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Пультовая должна быть оборудована кондиционером. Режим работы кондиционера должен обеспечивать допустимые параметры микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами, устанавливающими значение показателей микроклимата на рабочих местах.»;

1.12. пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Применение в помещениях с видео дисплейными терминалами светильников без сплошных рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.»;

1.13. пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Кабинет МРТ, в том числе окна, мебель и оборудование должны содержаться в чистоте. В кабинете МРТ должны проводиться текущие ежедневные и генеральные уборки.»;

1.14. пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Генеральная уборка кабинета МРТ должна проводиться не реже 1 раза в месяц.»;

1.15. пункт 46 исключить;

1.16. пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Уборочный инвентарь, используемый в кабинете МРТ: должен быть выполнен из немагнитных материалов (дерево, пластик);

иметь маркировку «пол» и «выше пола».

Уборочный инвентарь с маркировкой «пол» должен храниться отдельно от уборочного инвентаря с маркировкой «выше пола». Хранение уборочного инвентаря должно быть организовано в шкафах, на стеллажах или тележках в специально выделенном помещении организации здравоохранения.»;

1.17. пункт 48 исключить;

1.18. в пункте 50 слова «кабинета МРТ» исключить;

1.19. пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. В зоне магнитной индукции 0,5 мТл и более не допускается нахождение пациентов с кардиостимуляторами и другими типами имплантированных электронных устройств.

Зона магнитной индукции 0,5 мТл и более должна быть обозначена предупреждающей линией красного цвета, а вход в нее пациентов должен постоянно контролироваться медицинскими работниками.»;

1.20. пункты 65 и 69 исключить;

1.21. из пункта 70 слова «техники безопасности,» исключить;

1.22. пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Медицинские работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в том числе санитарной одеждой, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;

1.23. пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Средства индивидуальной защиты работников должны быть чистыми. Смена санитарной одежды при проведении ангиографии должна проводиться ежедневно. Стирка санитарной одежды в домашних условиях не допускается.»;

1.24. пункт 77 исключить;

1.25. подпункт 21.1 пункта 21 приложения к настоящим Санитарным нормам и правилам изложить в следующей редакции:

«21.1. электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, электростатическое, электрическое и магнитное поля тока промышленной частоты 50 Гц, аэроионный состав воздуха, инфразвук, вибрация, параметры микроклимата, уровни шума превышают (не превышают) гигиенические нормативы;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко